

Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“
Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор наручиоца и измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 46/2015

1. Заинтересовано лице је поставило следећи захтев за појашњење односно измену документације:

„Na osnovu uvida u технички захтев за Partiju 3. Bezuljni kompresori , dostavljamo Vam sledeća pitanja:

1/ Da li kompresor treba da ima ugrađen isušivač vazduha ?

2/ Da li mora da se zadovolji захтев da rezervoar za vazduh bude zapremine 35-50 l ?

Na taj način se favorizuje proizvođač koji proizvodi kompresore sa traženom zapreminom .

Zašto Vas ne bi zadovoljio i kompresor sa rezervoarom od 24 l , ako on ispunjava dominantne tehničke захтеве u pogledu protoka i pritiska ?

3/ Za zahtevanu karakteristiku za nivo buke <52 dB, treba nam podatak na kojoj udaljenosti je izvršeno merenje ?

Malo pojašnjenje : vrednost nivoa buke je logaritamska funkcija i ne menja se linearno ako merenja vršimo na različitim udaljenostima od izvora.

Kod većine proizvođača kompresori kod kojih je nivo buke od 57 do 60 dB se smatraju kao super tihi.“

Одговор наручиоца:

1. Компресор не треба да има уграђен исушивач ваздуха.

2. У циљу омугућавања што већег броја понуђача да поднесу одговарајућу понуду, наручилац дозвољава да компресор може имати и мању запремину од дефинисане уколико исти испуњава остале захтеве у погледу дефинисаних карактеристика (укључујући и новонасталу измену под ставком број 3).

3. Компресор ће се налазити у ординацијама у школским амбулантама у којима се ради са децом а компресор се налази непосредно уз стоматолошки апарат тако да наручилац само делимично прихвата сугестију за измену, и мења карактеристику: „Ниво буке <52 dB“, која сада гласи: „Ниво буке <54 dB према стандарду за мерење буке за компресоре“

2. Такође, због техничке грешке наручилац овим путем мења и „Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ за партију број 5- Физиодиспензер.

У прилогу овог дописа се налази и измењен „Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ за партију број 5 – Физиодиспензер **који понуђачи морају да користе приликом подношења понуда**. Разлика у односу на претходни образац првобитно

објављене конкурсне документације је што је у пољу „Предмет јавне набавке“ техничком грешком било написано „Аутоклав В класе“.

Комисија за јавну набавку
„Куповина медицинске опреме“
редни број набавке 46/2015

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 5 – Физиодиспензер

Р.бр.	Предмет јавне набавке	попуњава понуђач		Комада	попуњава понуђач		
		Назив произвођача и земља порекла понуђеног добра	Назив и тип, тј. модел		Износ понуде без пдв-а (по комаду)	Укупан износ понуде без ПДВ-а	Укупан износ понуде са ПДВ-ом
1.	Физиодиспензер			2			

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Попунити, потписати и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача

У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из заједничке понуде