

**Наручилац:**

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

**ПРЕДМЕТ:** Одговори на постављена питања, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 12/2019

**Заинтересована лица поставила су следећа питања:**

1. „Poštovani,

prema Vašem pozivu za JN 12/20019, partija 12 molim vas da pojasnite da li je odgovarajuće ponuditi namenski farmaceutski frižider za vakcine sa finijom kontrolom temperature u opsegu +2 do +8 C i svim ostalim karakteristikama koje odgovaraju traženom?“

2. „Poštovani,

Obraćamo Vam se povodom javne nabavke medicinske opreme broj 12/2019. Za partiju 12 - frižider za vakcine – Da li je prihvatljivo ponuditi model frižidera zapremine 264 L i dimenzija (ŠxDxV) 60 x 65,5 x 163,5 cm, a koji u svemu ostalom ispunjava tražene karakteristike?“

3. “ Postovani,

Zbog uštede vremena prilikom pripremanja tendera, molimo vas da objavite procenjenu vrednost, za partiju broj 15- Klar, JNMV 12/2019“

**Одговор Наручиоца:**

**Одговор на питање број 1:** Наручилац ће прихватити и наведени температурни опсег фрижидера.

\*Овим Наручилац врши измену конкурсне документације за партију 12 – Фрижидер за вакцине, страна 50, „Спецификација“ тако да мења ставку „температурни опсег рада: од +2С до +15С“ **која сада гласи:** „температурни опсег рада: од +2С до ≤ +15С“

Такође, наручилац мења ставку „медицинско-фармацеутски лабораторијски фрижидер“ **која сада гласи** „фармацеутски фрижидер“

**Одговор на питање број 2:** Наручиоцу је прихватљива и наведена запремина. У Обрасцу „Спецификација“ спољашње димензије су наведене као сса, а с обзиром да је разлика између захтеваних димензија и димензија наведених у питању заинтересованог лица само 0,5cm, димензије су прихватљиве

\*Овим Наручилац врши измену конкурсне документације за партију 12 – Фрижидер за вакцине, страна 50, „Спецификација“ тако да мења ставку „капацитет минимум 270L“ **и сада гласи:** „капацитет минимум 264L“

**Одговор на питање број 3:** Наручилац није у обавези да објављује процењене вредности набавке

Комисија за јавну набавку  
„Куповина медицинске опреме“,  
редни број набавке 12/2019