

Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање за јавну набавку „Куповина санитарског и медицинског материјала“, редни број набавке 13/2019

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

“Postovani,

Posto ste u javnoj nabavci 13/2019 kupovina sanitetskog i medicinskog materijala, u partiji br.2 trazili da se dostavi izvestaj o testiranju proizvoda u skladu sa standardom EN1500, pretpostavljamo da to testiranje bude od strane akreditovane laboratorije. Molimo vas da nam to potvrdite u odgovoru na nase pitanje.”

Одговор Наручиоца:

За партију број 2 Наручилац захтева да средство буде тестирано у складу са методом EN 1500 и захтева извештај о испитивању. Не захтева да извештај о испитивању буде искључиво од акредитоване лабораторије.

Комисија за јавну набавку
„Куповина санитарског и медицинског материјала“,
редни број набавке 13/2019