

Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске и стоматолошке опреме, редни број набавке 17/2020

Заинтересовано лице је поставили следеће питање:

„Poštovani, U JN 17/2020 u dodatnim uslovima između ostalog tražite da Ponuđač bude ovlašćeni serviser. U tački Informacije o serviseru 19.a taj zahtev se odnosi na partije od 1 do 41 uključujući i partiju 41. U svim ostalim tačkama taj zahtev se odnosi za partije od 1 do 39 uključujući i partiju 39. Molim vas da definišete na koje se partije ovaj zahtev odnosi.“

Одговор наручиоца:

Врши се измена конкурсне документације у тачки 19а) у Упутству понуђачима како да сачине понуду, тако да се мења део реченице „Понуђач је дужан да приликом подношења понуде (за партије од броја 1 до броја 41 (закључно са 41)) поднесе“.... , и сада гласи: „Понуђач је дужан да приликом подношења понуде (за партије од броја 1 до броја 39 (закључно са 39) поднесе“...:

Такође, врши се измена конкурсне документације, за партију 22 - „Аутоклав „5075 HSG D line““, тако што се брише табела из првобитно објављене конкурсне документације и објављује се нова, у прилогу, коју ће заинтересована лица искључиво користити за припремање понуда.

Комисија за јавну набавку
„Текуће поправке и одржавање медицинске,
лабораторијске и стоматолошке опреме“,
редни број набавке 17/2020

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 22 – Аутоклав „5075 HSG D line“ (Tuttnauer)

Ред. бр.	Назив	Износ без пдв-а
1	VACUUM PUMP WATER RING	
2	VALVE SOLENOID 1/2"	
3	WATER PUMP	
4	THERMOSTAT SAFETY 300C 16A 230V	
5	GUIDE DOOR LOCKING ARM	
6	GASKET DOOR	
7	ELECTRODE WATER LEVEL	
8	TUBE GLASS WATER LEVEL GENERATOR	
9	HEATING ELEMENT 415V/400V 2X3000W	
10	STEAM TRAP 1/4"	
11	CHECK VALVE SPRING 1/4"	
12	CHECK VALVE SPRING 1/2"	
13	STRAINER1/4BSP	
14	VALVE SOLENOID	
15	VALVE SOLENOID	
16	TRANSDUCER PREASSURE	
17	VALVE NEEDLEVALVE NEEDLE 1/4"	
18	VALVE MANUAL BALL MINI 1/4"	
19	STRAINER Y-TYPE 1/2"	
20	AIR FILTER	
21	GAUGE PRESSURE STEAM CHAMBER	
22	GAUGE PRESSURE STEMA GENERATOR	
23	PRESSURE WATER REGULATOR	
24	SWITCH PRESSURE LIMIT CONTROL	
25	SWITCH PRESSURE OPERATING CONTROL	
26	SWITCH PRESSURE 1/4"	
27	SWITCH FLOAT MINI	
28	FAN	
29	COIL SOLENOID	
30	COIL SOLENOID	
31	SENSOR TEMPERATURE PT100X2	
32	COIL SOLENOID	
33	CIRCUIT INTERRUPTOR	
34	ELECTRONIC LEVEL REGULATOR	
35	RELAY SOCKET	
36	MINIATURE PCB RELAY COIL 24VDC	
37	MINIATURE PCB RELAY	
38	CIRCUIT BREAKER 1PH 4A	
39	CIRCUIT BREAKER 1PH 6A	
40	CONTACTOR	
41	CIRCUIT BREAKER 3 POLE 32A	
42	POWER SUPPLY 24VDC 1A	
43	BOARD I/O EXTENSION BACSOFT	
44	BOARD MAIN CONTROL BACSOFT	
45	THERMAL PRINTER	
46	TRANSFORMER	
47	FUSE 5X20MM GLASS TUBE 3.15A	
48	PSU DIN RAIL 24VDC 4.2A 100W	
49	CHECK VALVE SWING 3/4"	
50	CIRCUIT BREAKER 1 POLE 2A	
51	SWITCH PANEL 3 PH 100A	
Укупна вредност резервних делова са уградњом (од 1 до 51) (цена обухвата пратећи потрошни материјал, долазак на интервенцију и дефектажу)		
52	Бактерицидни филтер	
53	Баждарење сигурносних вентила (једном годишње) *	
54	Баждарење манометра и мановакууметра (једном на свеке две године) *	
55	Цена радног сата (код интервенција код којих се не врши замена резервног дела)	
Укупан износ без ПДВ-а (од 1 до 55)		

За наведене ставке понуђачи исказују цене по комаду; *радни сати се не фактуришу

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Потписати од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача