Наручилац:
Дом здравља „Нови Београд“
Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 45/2014

1. Потенцијални понуђач је за партију број 6 - Ауторефрактометар, тражио појашњење – прецизније навођење предмета јавне набавке, обзиром да је техничким карактеристикама описан, тј захтеван и кератометријски мод.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Предмет јавне набавке у партији број 6 је аутокераторефрактометар. Обзиром да наручилац није прецизно дефинисао назив апарата а свакако је карактеристикама захтеван и кератометријски мод овим путем се врше измене и допуне конкурсне документације тако да се у конкурсној документацији и позиву за подношење понуда **мања реч „ауторефрактометар и сада гласи „аутокераторефрактометар“.**

Напомена:Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима који достављају понуду за партију број 6, да приликом подношења понуда користе обрасце за ову партију из конкурсне документације и позива за подношење понуда, која је првобитно објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а горе наведена измена допуна је подразумевана и саставни је део првобитно објављене конкурсне документације и позива за подношење понуда.

2. Потенцијални понуђач је за партију број 18 - Суви стерилизатор, поставио питање да ли је потребно доставити решење од АЛИМС-а за суви стерилизатор.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Да, за партију број 18 - Суви стерилизатор неопходно је доставити доказ да је понуђено добро регистровано код АЛИМС-а.

Напомена: Овим путем наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, тако што се за партију број 18 - Суви стерилизатор, мења образац „Спецификација“ за ову партију. Нов образац –„Спецификација“, са измењеним карактеристикама стерилизатора, се налази у прилогу овог дописа и њега ће заинтересовани понуђачи користити приликом подношења понуда.

Комисија за јавну набавку
„Куповина медицинске опреме“**,**
редни број 45/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 18 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР

Минимални технички захтеви
1. Начин стерилизације: стерилизација сувим ваздухом **2.** Запремина коморе 55 литара или већа **3.** Температурни опсег од собне температуре до 250 степени целзијуса **4.** Сигурносна заштита од прегевања-аларм **5.** Микропроцесорска контрола са дисплејом за приказ параметара **6.** Могућност програмирања времена од почетка циклуса, времена стерилизације, времена сушења **7.** Електрични прикључак: 220-230V 50HZ **8.** Број полица – једна или више **9.** Радна комора и грејни елементи од нерђајућег челика

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Потписати од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме Понуђач потврђује да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама.

У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица понуђача из заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са минимум горе наведеним техничким карактеристикама.