Наручилац:
Дом здравља „Нови Београд“
Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатно појашњење, измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 45/2014

Потенцијални понуђач је поставио питања за партију број 3 – Дефибрилатор:

1. Потенцијални понуђач је поставио питање везано за захтевану карактеристику: „ Papučice treba na sebi da poseduju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta, u tri nivoa“. Тврдња потенцијалног понуђача је да ову карактеристику може испунити само један понуђач.

Одговор наручиоца на питање број 1:

Наручилац је извршио измену конкурсне документације за ову ставку-карактеристику (док је потенцијални понуђач цитирао ову карактеристику која је првобитно објављена на Порталу јавних набавки) дописом број 1185-15 од 03.11.2014. године, и при томе дао образложење зашто се захтева баш оваква спецификација.

Овим путем напомињемо да ову карактеристику имају најмање три наручиоцу позната модела апарата дефибрилатора: Defibrilator Model Cardiostart; Defibrilator Model TEC-7721K; Defibrilator Model FC-1700/1760.

2. Потенцијални понуђач је поставио питање везано за захтевану карактеристику:“Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju i priborom za AED“ тврдећи да овако дефинисан опис представља елиминаторни фактор у предметној набавци и да се поставља питање колико често се користи унутрашња дефибрилација у нашој пракси.

Одговор наручиоца на питање број 2:

Након испитивања навода потенцијалног понуђача наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за партију број 3 тако да се **мења се реченица из обрасца „Спецификација“ за партију број 3:** :“Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju i priborom za AED“ **и сада гласи: „**:“Mogućnost nadogradnje priborom za AED“.

3. Потенцијални понуђач је поставио питање везано за захтевану карактеристику: “Brzina punjenja od 0 do 270J, sa mrežnim napajanjem: max. 5 sec“, постављајући питање „колико понуђача може испунити овај услов, имајући у виду да је време пуњења са мрежним напајањем много дуже него време пуњења на батеријском напајању, код свих дефибрилатора, овако кратко време пуњења је крајње неуобичајено.“

Одговор наручиоца на питање број 3:

Овим путем наручилац врши измену измену и допуну конкурсне документације за партију број 3 тако да се **мења се реченица из обрасца „Спецификација“ за партију број**

3: “Brzina punjenja od 0 do 270J, sa mrežnim napajanjem: max. 5 sec“ **и сада гласи:** "Brzina punjenja energije od 0 do 270J ili više za maksimalno 6 sekundi"

На тржишту постоје најмање три модела позната наручиоцу који могу испунити овај услов: Defibrilator Model Cardio Aid 360-B; Defibrilator Model TEC-7721K; Defibrilator Model Cardiostart.

Напомена: Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима који достављају понуду за партију број 3, да приликом подношења понуда користе образац „Спецификација“ за ову партију из конкурсне документације, која је првобитно објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а горе наведена измена допуна је подразумевана и саставни је део првобитно објављене конкурсне документације. Такође приликом подношења понуде обавезно узети у обзир и измене и допуне конкурсне документације коју је наручилац претходно био извршио.

Комисија за јавну набавку
„Куповина медицинске опреме“**,**
редни број 45/2014